

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายการ เตียง สามเอนก รวสไลด์ จำนวน 4 เตียง
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วงเงิน 154,000 บาท

1.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ใหญ่

2.คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบ 3 เอนก ปรับการทำงานด้วยมือหมุน สามารถปรับระดับพนักพิงหลังหัวเข้า และปรับความสูงต่ำของเตียง ให้สอดคล้องกับสรีระของผู้ป่วย มีล้อสำหรับเข็น และสามารถล็อกล้อให้อยู่กับที่ได้

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 1 เป็นเตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ฟังก์ชัน โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
- 2 สามารถควบคุมการทำงานในการใช้มือหมุนการปรับระดับหลัง เข้า และปรับเตียงสูง ต่ำ ได้ในท่าต่างๆ ที่สอดคล้องกับสรีระและอิริยาบถของผู้ป่วย ดังนี้
 - 2.1 ปรับระดับหลัง สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 75 องศา กับแนวราบ
 - 2.2 ปรับต้นขาและปลายเท้า ได้ไม่น้อยกว่า 35 องศา กับแนวราบ
 - 2.3 ปรับระดับเตียง สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 36-63 เซนติเมตร เมื่อปรับเตียงต่ำสุด
- 3 มีก้านปรับระดับแบบแกนมือหมุน และสามารถเก็บพับได้ที่ท้ายเตียงเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- 4 ส่วนหัวเตียงและส่วนท้ายเตียงเป็นพลาสติกแบบขึ้นรูป มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถถอดออก และสวมใส่ได้ง่าย
- 5 พื้นเตียงทำจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปทั้งแผ่น โดยแบ่งพื้นเตียงเป็น 4 ตอน ขนาดของเตียงกว้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร
- 6 มีเสาสำหรับแขวนถุง/ขวดสารน้ำ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้รอบเตียงมากกว่า 2 จุด
- 7 มีราวข้างเตียงเพื่อกันไม่ให้ตกเตียง ราวกันเตียงทำจากสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม มีซี่ราวสามารถกดพับขึ้น ลงได้ เมื่อยกขึ้นสุดต้องสามารถล็อกได้
- 8 เตียงมีล้อ 4 ล้อ สามารถล็อกล้อ และปลดล็อกแบบอิสระทั้ง 4 ล้อ โดยล้อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12.5 เซนติเมตร มียางหุ้มล้อทำด้วยพลาสติกทั้ง 4 ล้อ
- 9 มีเบาะที่นอน ที่มีส่วนประกอบดังนี้
 - 9.1 เบาะทำด้วย PU Foam Medical Grade ขึ้นรูปเป็น 4 ตอน
 - 9.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 190 x 7.5 เซนติเมตร
 - 9.3 ปลอกหุ้มที่นอนมีซิป สามารถถอดซัก เปลี่ยน และทำความสะอาดได้

4. เงื่อนไขเฉพาะ

1. สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
3. ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
4. ผลิตภัณฑ์ผลิตได้มาตรฐาน ISO9001,ISO13485 หรือเทียบเท่า
5. ส่งมอบของภายใน 90 วัน หลังจากได้ลงนามในสัญญา
6. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนอย่างละ 1 ชุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางธัสมน นามวงศ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายใจ จารุจิตร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจริญญา ดีจะโปะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ